



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

Wałbrzych, 30.06.2010r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn: „**Zakup wyposażenia specjalistycznego dla czterech ratowników zawodowych i dwóch sześciuosobowych grup lawinowo poszukiwawczych ratowników ochotników**”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania.

1. Czy Zamawiający dopuszcza defibrylator spełniający ICE 68-2-29; 40G, IP55, odporny na niską i wysoką temperaturę (praca nawet od -20 do 60 stopni C, przechowywania od -30 do 60 stopni C) upadek z wysokości 100 cm na każdą powierzchnię urządzenia, czyli przekraczający większość podanych warunków odpornościowych ?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści defibrylator z systemem CPR max usprawniający prawidłowy przebieg RKO zgodnie z wytycznymi 2005 Europejskiej Rady Resuscytacji, bez metronomu i wskaźnika głębokości uciśnień ? Podany warunek sugeruje producenta.

Odpowiedź:

Nie dopuści. System usprawniający prawidłowe prowadzenie RKO bez monitorowania częstości i głębokości uciśnień nie spełnia założeń mających na celu wspomaganie ratownika w trakcie uciskania klatki piersiowej.

Przewodniczący
Komisji Przetargowej
Marek Pałosz